

## 附件 1

## 政府采购进口产品申请表

一、基本情况			
申请单位	汕头大学医学院第二附属医院		
所属采购项目名称	常频呼吸机 3 台	所属采购项目预算金额 (单位: 万元)	人民币 148.5 万元
进口产品名称	进口产品预算金额 (单位: 万元/台)		
常频呼吸机	人民币 49.5 万元/台		
二、主要用途			
当婴幼儿并发急性呼吸衰竭时, 经过积极的保守治疗无效, 呼吸减弱和痰多且稠, 排痰困难, 阻塞气道或发生肺不张, 应考虑插管上呼吸机治疗, 可降低新生儿的死亡率。			
三、适用情形 (勾选其中 1 项)			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求, 确需采购进口产品的; <input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的; <input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的; <input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的; <input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的: 			
勾选上述第 1 项适用情形的, 需填写下列内容:			
国产同类产品名称	市场价格 (单位: 万元/套)		
呼吸机	人民币 55 万元/套		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性和效益性等方面的理由阐述:			
<p>(1) 必要性说明 (政策依据、工作任务等)</p> <p>随着儿科业务的发展以及我院儿童医院的成立, 我院儿科在粤东地区影响力不断提高, 直接就诊及转送的危急重患儿迅速增加, 特别是新生儿病人, 大部分手术后均需呼吸循环支持, 且时间较长, 常频呼吸机作为危重症患儿抢救治疗的必备设备, 能提高抢救成功率。现有 2 台呼吸机, 其中 1 台使用超 8 年, 故障频发, 目前无法满足抢救及手术的需求。相较于国产设备, 进口设备具有以下优势:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 进口产品功能多, 呼吸模式多, 满足临床各种机械通气治疗需求;</li> <li>2. 进口产品的 NIV 无创通气适合所有通气模式, 具有与插管模式同样的高品质通气。国产产品目前是无法做;</li> <li>3. 进口产品的阀门反应速度可达到 5 毫秒, 能给病人提供高精确通气品质, 也大大降低人机对抗, 国产产品无法做到;</li> <li>4. 进口产品具有智能吸痰功能;</li> <li>5. 进口设备可提供数据传输功能, 可供用户学习;</li> <li>6. 用户: 目前全国医院或医学院已引进应用进口常频呼吸机设备多年。</li> </ol> <p>(2) 不可替代性说明 (对开展工作的实质性影响等) :</p> <p>①常频呼吸机为儿科临床的必备设备。对于特别需要进行外周穿刺中心静脉置管 (PICC) 的早产儿, 由于肺脏发育不是很完全, 在行 PICC 之前需要常见的呼吸机辅助治疗。对于患有呼吸衰竭的新生儿, 同时存在严重的肺通气障碍或是换气功能障碍, 使用常频呼吸机进行辅助治疗, 可以帮助患儿慢慢恢复至正常水平。总而言之, 常频呼吸机在提升对重症患儿急性呼吸衰竭、呼吸减弱、排痰困难、阻塞气道、ARDS、重症肺炎、胎粪吸入症、气胸、肺发育不良等疾病的诊疗水平及治愈率上, 具有不可替代的作用。</p> <p>②该设备具备教学用途, 设备可以直接链接投影仪或者电脑设备方便教学, 并具备专用配套模拟软件, 为呼吸机教学提供更形象、直接的功能。</p>			

③设备具备的通气模式可治疗所有新生儿/儿童重症病人，具备 AutoFlow 自动流速等高级功能。

④该设备具备人机对话的报警方式，除了报警提示之外，还会告知用户报警产生的原因和报警处理的流程，真正做到床旁呼吸机指导，提高使用呼吸机安全性和效率。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

常频呼吸机作为三级公立医院儿童/新生儿重症监护的必备设备，市场竞争充分，市场价格合理经济。按照《汕头市非营利性医疗机构医疗服务价格》呼吸机辅助呼吸为 23 元/小时，结合我院同类设备预计使用年限为 10 年，每年使用数量约 5840 小时/年/台，年预计经济收入 13.432 万元，预计 4 年收回成本。带来的直接收益扣除相关成本，静态投资回收期小于运营期，说明该项投资基本具备财务可行性，具有良好的经济效益。增加呼吸机的配置投入，可提供儿童危重病人的抢救率，能提高我院儿童医院的治疗水平及声誉。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明

1、进口产品面世时间已有 100 余年，技术娴熟；国产品牌的呼吸机研发较迟，先进技术不能达到国际水平。

2、进口设备能适用于 400g-50kg 的患者，国产设备无法做到

3、进口产品采用世界上第二硬的材料红宝石作为阀门的材料，这是通气品质、长时间精准通气和安全通气的硬件基础。国产品不具备此材料硬件。

4、进口产品功能多，可满足临床各种需求。国产产品的通气模式过于简单。

5、进口产品具有带有同步呼气触发窗的双水平气道正压通气模式，进行机械通气时更加安全。

6、进口产品的吸气端和呼气端无需工具拆卸，并可高温高压消毒，防止院内交叉感染。这是国产呼吸机不具备的功能。

7、进口产品具备人机对话的报警方式，除了报警提示之外，还会告知用户报警产生的原因和报警处理的流程，真正做到床旁呼吸机指导，提高使用呼吸机安全性和效率。这是国产呼吸机不具备的功能，缺少人机智能，不能做到用机床旁指导。

8、进口产品具备一体化氧疗 O2-Therapy，国产呼吸机不具备的功能。

9、国产设备售后状况差，响应不及时。进口产品由厂家直接承接售后。

10、进口设备具备的一体化氧疗，对于此次 COVID-19 救治过程中高流量氧疗形成《新型冠状病毒肺炎患者经鼻高流量氧疗使用管理专家共识》。



年 月 日

单位负责人：

政府采购联系人：

联系电话：0754-88915821

传真：0754-88355426

财政部门审核意见：

注：

1. 进口产品或者国产同类产品涉及多个的，逐一详细填写；
2. 进口产品隶属不同采购项目的，按采购项目分别填报。

## 政府采购进口产品所属行业主管部门意见

<b>一、基本情况</b>	
申请单位	汕头大学医学院第二附属医院
拟采购产品名称	汕头大学医学院第二附属医院购置常频呼吸机 3 台
拟采购产品金额	人民币 49.5 万元/台
采购项目所属项目名称	汕头大学医学院第二附属医院购置常频呼吸机 3 台
采购项目所属项目金额	人民币 148.5 万元
<b>二、申请理由</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的； <input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的： <input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的； <input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的； <input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的。	
<b>原因阐述：</b> 采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性和效益性等方面的理由阐述： <b>(1) 必要性说明（政策依据、工作任务等）</b> <p>随着儿科业务的发展以及我院儿童医院的成立，我院儿科在粤东地区影响力不断提高，直接就诊及转送的危急重患儿迅速增加，特别是新生儿病人，大部分手术后均需呼吸循环支持，且时间较长，常频呼吸机作为危重症患儿抢救治疗的必备设备，能提高抢救成功率。现有 2 台呼吸机，其中 1 台使用超 8 年，故障频发，目前无法满足抢救及手术的需求。相较于国产设备，进口设备具有以下优势：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 进口产品功能多，呼吸模式多，满足临床各种机械通气治疗需求；</li> <li>2. 进口产品的 NIV 无创通气适合所有通气模式，具有与插管模式同样的高品质通气。国产产品目前是无法做；</li> <li>3. 进口产品的阀门反应速度可达到 5 毫秒，能给病人提供高精确通气品质，也大大降低人机对抗，国产产品无法做到；</li> <li>4. 进口产品具有智能吸痰功能；</li> <li>5. 进口设备可提供数据传输功能，可供用户学习；</li> <li>6. 用户：目前全国医院或医学院已引进应用进口常频呼吸机设备多年。</li> </ul> <b>(2) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>①常频呼吸机为儿童/新生儿重症监护的必备设备。对于特别需要进行外周穿刺中心静脉置管 (PICC) 的早产儿，由于肺脏发育不是很完全，在行 PICC 之前需要常见的呼吸机辅助治疗。对于患有呼吸衰竭的新生儿，同时存在严重的肺通气障碍或是换气功能障碍，使用常频呼吸机进行辅助治疗，可以帮助患儿慢慢恢复至正常水平。总而言之，常频呼吸机在提升对重症患儿急性呼吸衰竭、呼吸减弱、排痰困难、阻塞气道、ARDS、重症肺炎、胎粪吸入症、气胸、肺发育不良等疾病的诊疗水平及治愈率上，具有不可替代的作用。</li> <li>②该设备具备教学用途，设备可以直接链接投影仪或者电脑设备方便教学，并具备专用配套模拟软件，为呼吸机教学提供更形象、直接的功能。</li> <li>③设备具备的通气模式可治疗所有新生儿/儿童重症病人，具备 AutoFlow 自动流速等高级功能。</li> <li>④该设备具备人机对话的报警方式，除了报警提示之外，还会告知用户报警产生的原因和报警处理的流程，真正做到床旁呼吸机指导，提高使用呼吸机安全性和效率。</li> </ul> <b>(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）</b> 常频呼吸机作为三级公立医院儿童/新生儿重症监护的必备设备，市场竞争充分，市场价格合理经济。按照《汕头市非营利性医疗机构医疗服务价格》呼吸机辅助呼吸为 23 元/小时， 	

结合我院同类设备预计使用年限为 10 年，每年使用数量约 5840 小时/年/台，年预计经济收入 13.432 万元，预计 4 年收回成本。带来的直接收益扣除相关成本，静态投资回收期小于运营期，说明该项投资基本具备财务可行性，具有良好的经济效益。增加呼吸机的配置投入，可提供儿童危重病人的抢救率，能提高我院儿童医院的治疗水平及声誉。

#### (4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明

- 1、进口产品面世时间已有 100 余年，技术娴熟；国产品牌的呼吸机研发较迟，先进技术不能达到国际水平。
- 2、进口设备能适用于 400g~50kg 的患者，国产设备无法做到
- 3、进口产品采用世界上第二硬的材料红宝石作为阀门的材料，这是通气品质、长时间精准通气和安全通气的硬件基础。国产品不具备此材料硬件。
- 4、进口产品功能多，可满足临床各种需求。国产品的通气模式过于简单。
- 5、进口产品具有带有同步呼气触发窗的双水平气道正压通气模式，进行机械通气时更加安全。
- 6、进口产品的吸气端和呼气端无需工具拆卸，并可高温高压消毒，防止院内交叉感染。这是国产呼吸机不具备的功能。
- 7、进口产品具备人机对话的报警方式，除了报警提示之外，还会告知用户报警产生的原因和报警处理的流程，真正做到床旁呼吸机指导，提高使用呼吸机安全性和效率。这是国产呼吸机不具备的功能，缺少人机智能，不能做到用机床旁指导。
- 8、进口产品具备一体化氧疗 O2-Therapy，国产呼吸机不具备的功能。
- 9、国产设备售后状况差，响应不及时。进口产品由厂家直接承接售后。
- 10、进口设备具备的一体化氧疗，对于此次 COVID-19 救治过程中高流量氧疗形成《新型冠状病毒肺炎患者经鼻高流量氧疗使用管理专家共识》。



年 月 日

#### 三、进口产品所属行业主管部门意见

盖 章

年 月 日

说明：1、对于科技部、发改委限制进口的产品，需在采购前填报此表。

- 2、在“申请理由”处用“√”表示。
- 3、此表除进口产品所属行业主管部门意见外，其他内容均用计算机打印。
- 4、此表用 A4 纸打印，一式 3 份。

## 政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：马承华		
	职称：高级工程师		
	工作单位：中国人民武装警察部队广东省总队医院		
	<input type="checkbox"/> 随机抽取 <input checked="" type="checkbox"/> 自行选定		
	<input type="checkbox"/> 法律专家 <input checked="" type="checkbox"/> 技术专家		
<b>一、基本情况</b>			
申请单位	汕头大学医学院第二附属医院		
所属采购项目名称	常频呼吸机 3 台	所属采购项目预算金额 (单位：万元)	人民币 148.5 万元
进口产品名称	进口产品预算金额(单位：万元/台)		
常频呼吸机	人民币 49.5 万元/台		
<b>二、采购进口产品的主要用途</b>			
当婴幼儿并发急性呼吸衰竭时，经过积极的保守治疗无效，呼吸减弱和痰多且稠，排痰困难，阻塞气道或发生肺不张，应考虑插管上呼吸机治疗，可降低新生儿的死亡率。			
<b>三、适用情形（勾选其中 1 项）</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的； <input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的； <input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的； <input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的； <input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
属于上述第 1 项适用情形的，需填写下列内容：			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元/套）		
呼吸机	人民币 55 万元/套		
<b>四、申请理由</b>			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性和效益性等方面的理由阐述：			
(1) 必要性说明（政策依据、工作任务等）			
随着儿科业务的发展以及我院儿童医院的成立，我院儿科在粤东地区影响力不断提高，直接就诊及转送的危急重患儿迅速增加，特别是新生儿病人，大部分手术后均需呼吸循环支持，且时间较长，常频呼吸机作为危重症患儿抢救治疗的必备设备，能提高抢救成功率。现有 2 台呼吸机，其中 1 台使用超 8 年，故障频发，目前无法满足抢救及手术的需求。相较于国产设备，进口设备具有以下优势：			

马承华

1. 进口产品功能多，呼吸模式多，满足临床各种机械通气治疗需求；
2. 进口产品的 NIV 无创通气适合所有通气模式，具有与插管模式同样的高品质通气。国产产品目前是无法做；
3. 进口产品的阀门反应速度可达到 5 毫秒，能给病人提供高精确通气品质，也大大降低人机对抗，国产产品无法做到；
4. 进口产品具有智能吸痰功能；
5. 进口设备可提供数据传输功能，可供用户学习；
6. 用户：目前全国医院或医学院已引进应用进口常频呼吸机设备多年。

(2) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：

- ①常频呼吸机为儿科临床的必备设备。对于特别需要进行外周穿刺中心静脉置管 (PICC) 的早产儿，由于肺脏发育不是很完全，在行 PICC 之前需要常见的呼吸机辅助治疗。对于患有呼吸衰竭的新生儿，同时存在严重的肺通气障碍或是换气功能障碍，使用常频呼吸机进行辅助治疗，可以帮助患儿慢慢恢复至正常水平。总而言之，常频呼吸机在提升对重症患儿急性呼吸衰竭、呼吸减弱、排痰困难、阻塞气道、ARDS、重症肺炎、胎粪吸入症、气胸、肺发育不良等疾病的诊疗水平及治愈率上，具有不可替代的作用。
- ②该设备具备教学用途，设备可以直接链接投影仪或者电脑设备方便教学，并具备专用配套模拟软件，为呼吸机教学提供更形象、直接的功能。
- ③设备具备的通气模式可治疗所有新生儿/儿童重症病人，具备 AutoFlow 自动流速等高级功能。
- ④该设备具备人机对话的报警方式，除了报警提示之外，还会告知用户报警产生的原因和报警处理的流程，真正做到床旁呼吸机指导，提高使用呼吸机安全性和效率。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

常频呼吸机作为三级公立医院儿童/新生儿重症监护的必备设备，市场竞争充分，市场价格合理经济。按照《汕头市非营利性医疗机构医疗服务价格》呼吸机辅助呼吸为 23 元/小时，结合我院同类设备预计使用年限为 10 年，每年使用数量约 5840 小时/年/台，年预计经济收入 13.432 万元，预计 4 年收回成本。带来的直接收益扣除相关成本，静态投资回收期小于运营期，说明该项投资基本具备财务可行性，具有良好的经济效益。增加呼吸机的配置投入，可提供儿童危重病人的抢救率，能提高我院儿童医院的治疗水平及声誉。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明

- 1、进口产品面世时间已有 100 余年，技术娴熟；国产品牌的呼吸机研发较迟，先进技术不能达到国际水平。
- 2、进口设备能适用于 400g-50kg 的患者，国产设备无法做到
- 3、进口产品采用世界上第二硬的材料红宝石作为阀门的材料，这是通气品质、长时间精准通气和安全通气的硬件基础。国产产品不具备此材料硬件。
- 4、进口产品功能多，可满足临床各种需求。国产品牌的通气模式过于简单。
- 5、进口产品具有带有同步呼气触发窗的双水平气道正压通气模式，进行机械通气时更加安全。
- 6、进口产品的吸气端和呼气端无需工具拆卸，并可高温高压消毒，防止院内交叉感染。这是国产呼吸机不具备的功能。
- 7、进口产品具备人机对话的报警方式，除了报警提示之外，还会告知用户报警产生的原因和报警处理的流程，真正做到床旁呼吸机指导，提高使用呼吸机安全性和效率。这是国产呼吸机不具备的功能，缺少人机智能，不能做到用机床旁指导。
- 8、进口产品具备一体化氧疗 O2-Therapy，国产呼吸机不具备的功能。
- 9、国产设备售后状况差，响应不及时。进口产品由厂家直接承接售后。

12月  
12月

- 10、进口设备具备的一体化氧疗，对于此次 COVID-19 救治过程中高流量氧疗形成《新型冠状病毒肺炎患者经鼻高流量氧疗使用管理专家共识》。



五、专家论证意见（由专家手工填写）

申办理由所言，高流量吸机左侧气量  
输出进口产品较国产更精确，且有一体化治疗  
且在技术指标、经济性以及应用等方面有优  
势。建议选择进口产品参与此项目的选择。

论证专家签字：

年 月 日

- 注：
1. 专家组应当由 5 人以上单数组成，其中，必须包括 1 名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。
  2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。
  3. 属于适用情形第 4 或 5 的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

## 政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名: 郭顺华		
	职称: 副主任医师		
	工作单位: 广州市红十字会医院		
	来源: <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input checked="" type="checkbox"/> 自行选定		
	类别: <input type="checkbox"/> 法律专家 <input checked="" type="checkbox"/> 技术专家		
<b>一、基本情况</b>			
申请单位	汕头大学医学院第二附属医院		
所属采购项目名称	常频呼吸机 3 台	所属采购项目预算金额 (单位: 万元)	人民币 148.5 万元
进口产品名称		进口产品预算金额 (单位: 万元/台)	
常频呼吸机		人民币 49.5 万元/台	
<b>二、采购进口产品的主要用途</b>			
<p style="margin-left: 20px;">当婴幼儿并发急性呼吸衰竭时, 经过积极的保守治疗无效, 呼吸减弱和痰多且稠, 排痰困难, 阻塞气道或发生肺不张, 应考虑插管上呼吸机治疗, 可降低新生儿的死亡率。</p>			
<b>三、适用情形 (勾选其中 1 项)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求, 确需采购进口产品的;			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的;			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的;			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的;			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的;			
<b>属于上述第 1 项适用情形的, 需填写下列内容:</b>			
国产同类产品名称		市场价格 (单位: 万元/套)	
呼吸机		人民币 55 万元/套	
<b>四、申请理由</b>			
<b>采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性和效益性等方面的理由阐述:</b>			
(1) 必要性说明 (政策依据、工作任务等)			
<p>随着儿科业务的发展以及我院儿童医院的成立, 我院儿科在粤东地区影响力不断提高, 直接就诊及转送的危急重患儿迅速增加, 特别是新生儿病人, 大部分手术后均需呼吸循环支持, 且时间较长, 常频呼吸机作为危重症患儿抢救治疗的必备设备, 能提高抢救成功率。现有 2 台呼吸机, 其中 1 台使用超 8 年, 故障频发, 目前无法满足抢救及手术的需求。相较于国产设备, 进口设备具有以下优势:</p>			



1. 进口产品功能多，呼吸模式多，满足临床各种机械通气治疗需求；
2. 进口产品的 NIV 无创通气适合所有通气模式，具有与插管模式同样的高品质通气。国产产品目前是无法做；
3. 进口产品的阀门反应速度可达到 5 毫秒，能给病人提供高精确通气品质，也大大降低人机对抗，国产产品无法做到；
4. 进口产品具有智能吸痰功能；
5. 进口设备可提供数据传输功能，可供用户学习；
6. 用户：目前全国医院或医学院已引进应用进口常频呼吸机设备多年。

(2) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：

- ①常频呼吸机为儿科临床的必备设备。对于特别需要进行外周穿刺中心静脉置管（PICC）的早产儿，由于肺脏发育不是很完全，在行 PICC 之前需要常见的呼吸机辅助治疗。对于患有呼吸衰竭的新生儿，同时存在严重的肺通气障碍或是换气功能障碍，使用常频呼吸机进行辅助治疗，可以帮助患儿慢慢恢复至正常水平。总而言之，常频呼吸机在提升对重症患儿急性呼吸衰竭、呼吸减弱、排痰困难、阻塞气道、ARDS、重症肺炎、胎粪吸入症、气胸、肺发育不良等疾病的诊疗水平及治愈率上，具有不可替代的作用。
- ②该设备具备教学用途，设备可以直接链接投影仪或者电脑设备方便教学，并具备专用配套模拟软件，为呼吸机教学提供更形象、直接的功能。
- ③设备具备的通气模式可治疗所有新生儿/儿童重症病人，具备 AutoFlow 自动流速等高级功能。
- ④该设备具备人机对话的报警方式，除了报警提示之外，还会告知用户报警产生的原因和报警处理的流程，真正做到床旁呼吸机指导，提高使用呼吸机安全性和效率。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

常频呼吸机作为三级公立医院儿童/新生儿重症监护的必备设备，市场竞争充分，市场价格合理经济。按照《汕头市非营利性医疗机构医疗服务价格》呼吸机辅助呼吸为 23 元/小时，结合我院同类设备预计使用年限为 10 年，每年使用数量约 5840 小时/年/台，年预计经济收入 13.432 万元，预计 4 年收回成本。带来的直接收益扣除相关成本，静态投资回收期小于运营期，说明该项投资基本具备财务可行性，具有良好的经济效益。增加呼吸机的配置投入，可提供儿童危重病人的抢救率，能提高我院儿童医院的治疗水平及声誉。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明

- 1、进口产品面世时间已有 100 余年，技术娴熟；国产品牌的呼吸机研发较迟，先进技术不能达到国际水平。
- 2、进口设备能适用于 400g-50kg 的患者，国产设备无法做到
- 3、进口产品采用世界上第二硬的材料红宝石作为阀门的材料，这是通气品质、长时间精准通气和安全通气的硬件基础。国产产品不具备此材料硬件。
- 4、进口产品功能多，可满足临床各种需求。国产品的通气模式过于简单。
- 5、进口产品具有带有同步呼气触发窗的双水平气道正压通气模式，进行机械通气时更加安全。
- 6、进口产品的吸气端和呼气端无需工具拆卸，并可高温高压消毒，防止院内交叉感染。这是国产呼吸机不具备的功能。
- 7、进口产品具备人机对话的报警方式，除了报警提示之外，还会告知用户报警产生的原因和报警处理的流程，真正做到床旁呼吸机指导，提高使用呼吸机安全性和效率。这是国产呼吸机不具备的功能，缺少人机智能，不能做到用机床旁指导。
- 8、进口产品具备一体化氧疗 O2-Therapy，国产呼吸机不具备的功能。
- 9、国产设备售后状况差，响应不及时。进口产品由厂家直接承接售后。

10、进口设备具备的一体化氧疗，对于此次 COVID-19 救治过程中高流量氧疗形成《新型冠状病毒肺炎患者经鼻高流量氧疗使用管理专家共识》。



五、专家论证意见（由专家手工填写）

拟采购的进口呼吸机无质量、功  
能及性价比等担忧，国内厂家同类  
产品尚不能完全代替进口产品，建议  
允许采购进口产品以满足临床使  
用需求。

论证专家签字:

年 月 日

- 注: 1. 专家组应当由 5 人以上单数组成, 其中, 必须包括 1 名法律专家, 技术专家应当为熟悉该产品的专家。  
2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等, 进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。  
3. 属于适用情形第 4 或 5 的, 同一年度内已备案的, 无须重新组织专家论证, 直接附原专家论证意见。

## 政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：张涛		
	职称：副主任技师		
	工作单位：广州医科大学附属肿瘤医院		
	<input type="checkbox"/> 随机抽取 <input checked="" type="checkbox"/> 自行选定		
	<input type="checkbox"/> 法律专家 <input checked="" type="checkbox"/> 技术专家		
<b>一、基本情况</b>			
申请单位	汕头大学医学院第二附属医院		
所属采购项目名称	常频呼吸机 3 台	所属采购项目预算金额（单位：万元）	人民币 148.5 万元
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元/台）		
常频呼吸机	人民币 49.5 万元/台		
<b>二、采购进口产品的主要用途</b>			
当婴幼儿并发急性呼吸衰竭时，经过积极的保守治疗无效，呼吸减弱和痰多且稠，排痰困难，阻塞气道或发生肺不张，应考虑插管上呼吸机治疗，可降低新生儿的死亡率。			
<b>三、适用情形（勾选其中 1 项）</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的； <input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的； <input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的； <input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的； <input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
属于上述第 1 项适用情形的，需填写下列内容：			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元/套）		
呼吸机	人民币 55 万元/套		
<b>四、申请理由</b>			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性和效益性等方面的理由阐述：			
(1) 必要性说明（政策依据、工作任务等）			
随着儿科业务的发展以及我院儿童医院的成立，我院儿科在粤东地区影响力不断提高，直接就诊及转送的危急重患儿迅速增加，特别是新生儿病人，大部分手术后均需呼吸循环支持，且时间较长，常频呼吸机作为危重症患儿抢救治疗的必备设备，能提高抢救成功率。现有 2 台呼吸机，其中 1 台使用超 8 年，故障频发，目前无法满足抢救及手术的需求。相较于国产设备，进口设备具有以下优势：			

7月2日

1. 进口产品功能多，呼吸模式多，满足临床各种机械通气治疗需求；
2. 进口产品的 NIV 无创通气适合所有通气模式，具有与插管模式同样的高品质通气。国产产品目前是无法做；
3. 进口产品的阀门反应速度可达到 5 毫秒，能给病人提供高精确通气品质，也大大降低人机对抗，国产产品无法做到；
4. 进口产品具有智能吸痰功能；
5. 进口设备可提供数据传输功能，可供用户学习；
6. 用户：目前全国医院或医学院已引进应用进口常频呼吸机设备多年。

(2) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：

- ①常频呼吸机为儿科临床的必备设备。对于特别需要进行外周穿刺中心静脉置管（PICC）的早产儿，由于肺脏发育不是很完全，在行 PICC 之前需要常见的呼吸机辅助治疗。对于患有呼吸衰竭的新生儿，同时存在严重的肺通气障碍或是换气功能障碍，使用常频呼吸机进行辅助治疗，可以帮助患儿慢慢恢复至正常水平。总而言之，常频呼吸机在提升对重症患儿急性呼吸衰竭、呼吸减弱、排痰困难、阻塞气道、ARDS、重症肺炎、胎粪吸入症、气胸、肺发育不良等疾病的诊疗水平及治愈率上，具有不可替代的作用。
- ②该设备具备教学用途，设备可以直接链接投影仪或者电脑设备方便教学，并具备专用配套模拟软件，为呼吸机教学提供更形象、直接的功能。
- ③设备具备的通气模式可治疗所有新生儿/儿童重症病人，具备 AutoFlow 自动流速等高级功能。
- ④该设备具备人机对话的报警方式，除了报警提示之外，还会告知用户报警产生的原因和报警处理的流程，真正做到床旁呼吸机指导，提高使用呼吸机安全性和效率。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

常频呼吸机作为三级公立医院儿童/新生儿重症监护的必备设备，市场竞争充分，市场价格合理经济。按照《汕头市非营利性医疗机构医疗服务价格》呼吸机辅助呼吸为 23 元/小时，结合我院同类设备预计使用年限为 10 年，每年使用数量约 5840 小时/年/台，年预计经济收入 13.432 万元，预计 4 年收回成本。带来的直接收益扣除相关成本，静态投资回收期小于运营期，说明该项投资基本具备财务可行性，具有良好的经济效益。增加呼吸机的配置投入，可提供儿童危重病人的抢救率，能提高我院儿童医院的治疗水平及声誉。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明

- 1、进口产品面世时间已有 100 余年，技术娴熟；国产品牌的呼吸机研发较迟，先进技术不能达到国际水平。
- 2、进口设备能适用于 400g-50kg 的患者，国产设备无法做到
- 3、进口产品采用世界上第二硬的材料红宝石作为阀门的材料，这是通气品质、长时间精准通气和安全通气的硬件基础。国产产品不具备此材料硬件。
- 4、进口产品功能多，可满足临床各种需求。国产产品的通气模式过于简单。
- 5、进口产品具有带有同步呼气触发窗的双水平气道正压通气模式，进行机械通气时更加安全。
- 6、进口产品的吸气端和呼气端无需工具拆卸，并可高温高压消毒，防止院内交叉感染。这是国产呼吸机不具备的功能。
- 7、进口产品具备人机对话的报警方式，除了报警提示之外，还会告知用户报警产生的原因和报警处理的流程，真正做到床旁呼吸机指导，提高使用呼吸机安全性和效率。这是国产呼吸机不具备的功能，缺少人机智能，不能做到用机床旁指导。
- 8、进口产品具备一体化氧疗 O2-Therapy，国产呼吸机不具备的功能。
- 9、国产设备售后状况差，响应不及时。进口产品由厂家直接承接售后。

2018

- 10、进口设备具备的一体化氧疗，对于此次 COVID-19 救治过程中高流量氧疗形成《新型冠状病毒肺炎患者经鼻高流量氧疗使用管理专家共识》。



五、专家论证意见（由专家手工填写）

该进口产品功能齐全、性能稳定，参数设置合理、简单易用，且具有一定的先进性，且阀门响应速度可达到 5ms。能将初次接触易操作且学习快，也大大降低人员对抗，对医护人员的操作难度及护理负担较小。同时，因其产生的气流速度高不能完全避免气流对医护人员造成影响，建议允许进口产品在治疗过程中使用。

论证专家签字：[Signature]

年 月 日

- 注：1. 专家组应当由 5 人以上单数组成，其中，必须包括 1 名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。  
2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。  
3. 属于适用情形第 4 或 5 的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

## 附件 3

## 政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名: 刘妙芳		
	职称: 高级工程师		
	工作单位: 广州医科大学附属第一医院		
	<input type="checkbox"/> 随机抽取 <input checked="" type="checkbox"/> 自行选定		
	<input type="checkbox"/> 法律专家 <input checked="" type="checkbox"/> 技术专家		
<b>一、基本情况</b>			
申请单位	汕头大学医学院第二附属医院		
所属采购项目名称	常频呼吸机 3 台	所属采购项目预算金额 (单位: 万元)	人民币 148.5 万元
进口产品名称	进口产品预算金额 (单位: 万元/台)		
常频呼吸机	人民币 49.5 万元/台		
<b>二、采购进口产品的主要用途</b>			
当婴幼儿并发急性呼吸衰竭时, 经过积极的保守治疗无效, 呼吸减弱和痰多且稠, 排痰困难, 阻塞气道或发生肺不张, 应考虑插管上呼吸机治疗, 可降低新生儿的死亡率。			
<b>三、适用情形 (勾选其中 1 项)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求, 确需采购进口产品的; <input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的; <input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的; <input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的; <input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的;			
<b>属于上述第 1 项适用情形的, 需填写下列内容:</b>			
国产同类产品名称	市场价格 (单位: 万元/套)		
呼吸机	人民币 55 万元/套		
<b>四、申请理由</b>			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性和效益性等方面的理由阐述:			
(1) 必要性说明 (政策依据、工作任务等)			
<p>随着儿科业务的发展以及我院儿童医院的成立, 我院儿科在粤东地区影响力不断提高, 直接就诊及转送的危急重患儿迅速增加, 特别是新生儿病人, 大部分手术后均需呼吸循环支持, 且时间较长, 常频呼吸机作为危重症患儿抢救治疗的必备设备, 能提高抢救成功率。现有 2 台呼吸机, 其中 1 台使用超 8 年, 故障频发, 目前无法满足抢救及手术的需求。相较于国产设备, 进口设备具有以下优势:</p>			

1. 进口产品功能多，呼吸模式多，满足临床各种机械通气治疗需求；
2. 进口产品的 NIV 无创通气适合所有通气模式，具有与插管模式同样的高品质通气。国产产品目前是无法做；
3. 进口产品的阀门反应速度可达到 5 毫秒，能给病人提供高精确通气品质，也大大降低人机对抗，国产产品无法做到；
4. 进口产品具有智能吸痰功能；
5. 进口设备可提供数据传输功能，可供用户学习；
6. 用户：目前全国医院或医学院已引进应用进口常频呼吸机设备多年。

#### (2) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：

①常频呼吸机为儿科临床的必备设备。对于特别需要进行外周穿刺中心静脉置管 (PICC) 的早产儿，由于肺脏发育不是很完全，在行 PICC 之前需要常见的呼吸机辅助治疗。对于患有呼吸衰竭的新生儿，同时存在严重的肺通气障碍或是换气功能障碍，使用常频呼吸机进行辅助治疗，可以帮助患儿慢慢恢复至正常水平。总而言之，常频呼吸机在提升对重症患儿急性呼吸衰竭、呼吸减弱、排痰困难、阻塞气道、ARDS、重症肺炎、胎粪吸入症、气胸、肺发育不良等疾病的诊疗水平及治愈率上，具有不可替代的作用。

②该设备具备教学用途，设备可以直接链接投影仪或者电脑设备方便教学，并具备专用配套模拟软件，为呼吸机教学提供更形象、直接的功能。

③设备具备的通气模式可治疗所有新生儿/儿童重症病人，具备 AutoFlow 自动流速等高级功能。

④该设备具备人机对话的报警方式，除了报警提示之外，还会告知用户报警产生的原因和报警处理的流程，真正做到床旁呼吸机指导，提高使用呼吸机安全性和效率。

#### (3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

常频呼吸机作为三级公立医院儿童/新生儿重症监护的必备设备，市场竞争充分，市场价格合理经济。按照《汕头市非营利性医疗机构医疗服务价格》呼吸机辅助呼吸为 23 元/小时，结合我院同类设备预计使用年限为 10 年，每年使用数量约 5840 小时/年/台，年预计经济收入 13.432 万元，预计 4 年收回成本。带来的直接收益扣除相关成本，静态投资回收期小于运营期，说明该项投资基本具备财务可行性，具有良好的经济效益。增加呼吸机的配置投入，可提供儿童危重病人的抢救率，能提高我院儿童医院的治疗水平及声誉。

#### (4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明

- 1、进口产品面世时间已有 100 余年，技术娴熟；国产品牌的呼吸机研发较迟，先进技术不能达到国际水平。
- 2、进口设备能适用于 400g-50kg 的患者，国产设备无法做到
- 3、进口产品采用世界上第二硬的材料红宝石作为阀门的材料，这是通气品质、长时间精准通气和安全通气的硬件基础。国产产品不具备此材料硬件。
- 4、进口产品功能多，可满足临床各种需求。国产品牌的通气模式过于简单。
- 5、进口产品具有带有同步呼气触发窗的双水平气道正压通气模式，进行机械通气时更加安全。
- 6、进口产品的吸气端和呼气端无需工具拆卸，并可高温高压消毒，防止院内交叉感染。这是国产呼吸机不具备的功能。
- 7、进口产品具备人机对话的报警方式，除了报警提示之外，还会告知用户报警产生的原因和报警处理的流程，真正做到床旁呼吸机指导，提高使用呼吸机安全性和效率。这是国产呼吸机不具备的功能，缺少人机智能，不能做到用机床旁指导。
- 8、进口产品具备一体化氧疗 O2-Therapy，国产呼吸机不具备的功能。
- 9、国产设备售后状况差，响应不及时。进口产品由厂家直接承接售后。

汪海华

- 10、进口设备具备的一体化氧疗，对于此次 COVID-19 救治过程中高流量氧疗形成《新型冠状病毒肺炎患者经鼻高流量氧疗使用管理专家共识》。



五、专家论证意见（由专家手工填写）

该项目技术要求描述客观，实施产品具有更高的安全性、可靠性、先进性，经济效率更高，不可替代性与同类产品存在差异，国内同类产品在这些方面尚有一定差距。建议允许参与采购投标。

论证专家签字：刘奶奶

年 月 日

- 注：
1. 专家组应当由 5 人以上单数组成，其中，必须包括 1 名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。
  2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。
  3. 属于适用情形第 4 或 5 的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

## 政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名: 彭真军		
	职称: 律师		
	工作单位: 广东金桥百信律师事务所		
	<input type="checkbox"/> 随机抽取 <input checked="" type="checkbox"/> 自行选定		
	<input checked="" type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家		
<b>一、基本情况</b> <div style="text-align: right; margin-top: -20px;">  </div>			
申请单位	汕头大学医学院第二附属医院		
所属采购项目名称	常频呼吸机 3 台	所属采购项目预算金额 (单位: 万元) <small>1150</small>	人民币 148.5 万元
进口产品名称	进口产品预算金额 (单位: 万元/台)		
常频呼吸机	人民币 49.5 万元/台		
<b>二、采购进口产品的主要用途</b> <p>当婴幼儿并发急性呼吸衰竭时, 经过积极的保守治疗无效, 呼吸减弱和痰多且稠, 排痰困难, 阻塞气道或发生肺不张, 应考虑插管上呼吸机治疗, 可降低新生儿的死亡率。</p>			
<b>三、适用情形 (勾选其中 1 项)</b> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求, 确需采购进口产品的;</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的;</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的;</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的;</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的;</p>			
<b>属于上述第 1 项适用情形的, 需填写下列内容:</b>			
国产同类产品名称	市场价格 (单位: 万元/套)		
呼吸机	人民币 55 万元/套		
<b>四、申请理由</b> <p>采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性和效益性等方面的理由阐述:</p> <p>(1) 必要性说明 (政策依据、工作任务等)</p> <p>随着儿科业务的发展以及我院儿童医院的成立, 我院儿科在粤东地区影响力不断提高, 直接就诊及转送的危急重患儿迅速增加, 特别是新生儿病人, 大部分手术后均需呼吸循环支持, 且时间较长, 常频呼吸机作为危重症患儿抢救治疗的必备设备, 能提高抢救成功率。现有 2 台呼吸机, 其中 1 台使用超 8 年, 故障频发, 目前无法满足抢救及手术的需求。相较于国产设备, 进口设备具有以下优势:</p>			



1. 进口产品功能多，呼吸模式多，满足临床各种机械通气治疗需求；
2. 进口产品的 NIV 无创通气适合所有通气模式，具有与插管模式同样的高品质通气。国产产品目前是无法做；
3. 进口产品的阀门反应速度可达到 5 毫秒，能给病人提供高精确通气品质，也大大降低人机对抗，国产产品无法做到；
4. 进口产品具有智能吸痰功能；
5. 进口设备可提供数据传输功能，可供用户学习；
6. 用户：目前全国医院或医学院已引进应用进口常频呼吸机设备多年。

(2) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：

- ①常频呼吸机为儿科临床的必备设备。对于特别需要进行外周穿刺中心静脉置管（PICC）的早产儿，由于肺脏发育不是很完全，在行 PICC 之前需要常见的呼吸机辅助治疗。对于患有呼吸衰竭的新生儿，同时存在严重的肺通气障碍或是换气功能障碍，使用常频呼吸机进行辅助治疗，可以帮助患儿慢慢恢复至正常水平。总而言之，常频呼吸机在提升对重症患儿急性呼吸衰竭、呼吸减弱、排痰困难、阻塞气道、ARDS、重症肺炎、胎粪吸入症、气胸、肺发育不良等疾病的诊疗水平及治愈率上，具有不可替代的作用。
- ②该设备具备教学用途，设备可以直接链接投影仪或者电脑设备方便教学，并具备专用配套模拟软件，为呼吸机教学提供更形象、直接的功能。
- ③设备具备的通气模式可治疗所有新生儿/儿童重症病人，具备 AutoFlow 自动流速等高级功能。
- ④该设备具备人机对话的报警方式，除了报警提示之外，还会告知用户报警产生的原因和报警处理的流程，真正做到床旁呼吸机指导，提高使用呼吸机安全性和效率。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

常频呼吸机作为三级公立医院儿童/新生儿重症监护的必备设备，市场竞争充分，市场价格合理经济。按照《汕头市非营利性医疗机构医疗服务价格》呼吸机辅助呼吸为 23 元/小时，结合我院同类设备预计使用年限为 10 年，每年使用数量约 5840 小时/年/台，年预计经济收入 13.432 万元，预计 4 年收回成本。带来的直接收益扣除相关成本，静态投资回收期小于运营期，说明该项投资基本具备财务可行性，具有良好的经济效益。增加呼吸机的配置投入，可提供儿童危重病人的抢救率，能提高我院儿童医院的治疗水平及声誉。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明

- 1、进口产品面世时间已有 100 余年，技术娴熟；国产品牌的呼吸机研发较迟，先进技术不能达到国际水平。
- 2、进口设备能适用于 400g-50kg 的患者，国产设备无法做到
- 3、进口产品采用世界上第二硬的材料红宝石作为阀门的材料，这是通气品质、长时间精准通气和安全通气的硬件基础。国产产品不具备此材料硬件。
- 4、进口产品功能多，可满足临床各种需求。国产产品的通气模式过于简单。
- 5、进口产品具有带有同步呼气触发窗的双水平气道正压通气模式，进行机械通气时更加安全。
- 6、进口产品的吸气端和呼气端无需工具拆卸，并可高温高压消毒，防止院内交叉感染。这是国产呼吸机不具备的功能。
- 7、进口产品具备人机对话的报警方式，除了报警提示之外，还会告知用户报警产生的原因和报警处理的流程，真正做到床旁呼吸机指导，提高使用呼吸机安全性和效率。这是国产呼吸机不具备的功能，缺少人机智能，不能做到用机床旁指导。
- 8、进口产品具备一体化氧疗 O2-Therapy，国产呼吸机不具备的功能。
- 9、国产设备售后状况差，响应不及时。进口产品由厂家直接承接售后。

李建光

- 10、进口设备具备的一体化氧疗，对于此次 COVID-19 救治过程中高流量氧疗形成《新型冠状病毒肺炎患者经鼻高流量氧疗使用管理专家共识》。



五、专家论证意见（由专家手工填写）

该设备在临床中可以限制进气量的调节，减少呼吸机相关的并发症，有助于新冠肺治疗方案的调整。

结合临床实践需要，建议降低进气量。

论证专家签字：

王伟东

年 月 日

- 注：1. 专家组应当由 5 人以上单数组成，其中，必须包括 1 名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。  
2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。  
3. 属于适用情形第 4 或 5 的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

单位盖章：汕头大学医学院第二附属医院

汕头大学医学院第二附属医院申请进口设备项目与国产设备对比情况

序号	进口产品名称	业务应用功能需求	主要功能	主要内容		国产同类产品名称	主要功能	技术参数	主要内容	技术参数	(功能、技术参数等)
				技术参数	技术参数						
1	常频呼吸机	主要用于急性呼吸衰竭、呼吸困难、气道阻塞、肺炎、胎粪吸入症、气胸、肺发育不良等疾病的重症患儿提供通气辅助和呼吸支持	一、概述： 1) 适用于早产儿，新生儿，儿童的高端有创常频呼吸机，内置高流量氧疗模式，全面支特临床的治疗流程。可拆卸的呼气阀和吸气阀，防止交叉感染。 2) 通气性能卓越，具备全面的容量、压力和自主呼吸模式，AC、SIMV 和 PSV 模式，同时配置 BIPAP 双水平正压通气模式，无论在高压和低压都可以与病人自主呼吸同步，全程允许自主呼吸。 3) 360 度灯光报警，无论在哪个方位都可及时发现病情变化。 二、通气模式 1. 基本通气模式： 1) 间歇指令正压通气 VC-CMV 和 PC-CMV 2) 辅助间歇指令正压通气 VC-AC 和 PC-AC 3) 同步间歇指令通气 VC-SIMV 和 PC-SIMV	主要用于患有急性呼吸衰竭、排痰困难、阻塞气道、ARDS、重症肺炎、胎粪吸入症、气胸、肺发育不良等疾病的重症患儿提供通气辅助和呼吸支持	1 基本要求 1.1 通气模式：有创通气和无创通气 1.2 患者类型：成人，儿童 1.3 显示单元：≥12 寸触摸屏显示器。显示器应方便从主机拆卸并安装到其他设备，避免交叉感染 1.4 电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机，漏气补偿能力 ≥ 60L/min。 1.5 内置锂电池，电池工作时间不低于 2 小时。 2 通气功能 2.1 有创通气模式，至少具有： VCV, PCV, PRVC, SIMV	1、进口设备面世时间已有 100 余年，技术娴熟；国产品牌的呼吸机研发较迟，先进技术不能达到国际水平。 2、进口设备能适用于 400g-50kg 的患者，国产设备无法做到 3、进口呼吸机采用世界上第二便的材料红宝石作为阀门的材料，这是通气品质、长时间精准通气和安全通气的硬件基础。国产呼吸机不具备材料硬件。 4、进口产品功能多，呼吸模式多，满足临床各种需求。国产品牌呼吸机的通气模式过于简单。 5、进口呼吸机具有带有同步呼气触发窗的双水					

汕头大学医学院第二附属医院  
2018.12.10  
汕头大学医学院第二附属医院  
2018.12.10  
汕头大学医学院第二附属医院  
2018.12.10  
汕头大学医学院第二附属医院  
2018.12.10



<p>9. 压力上升时间：0~2s            10. ▲峰流速：180Lpm            11. 吸入氧浓度：21~100%            12. 触发灵敏度：0.2~15Lpm，流速触发值能直接设定并显示数值            13. 窒息通气报警：5~60s</p> <p>四、监测项目</p> <p>1. ▲大尺寸(&gt;15寸)彩色触摸显示屏控制屏            2. ▲顺磁式氧传感器，监测吸入氧气浓度            3. 非压差式流量传感器，精确度高            4. 铂金丝加热式流量传感器，自动定标，可随时取下消毒            5. 吸入潮气量            6. 呼出潮气量            7. 总呼吸频率            8. 机械通气频率            9. 自主呼吸频率            10. 机械分钟通气量            11. 自主分钟通气量            12. 分钟泄气量            13. 气道峰压            14. 平台压            15. 平均压            16. 呼气末正压 PEEP            17. 分钟平均压            18. 吸气时间            19. 吸呼比            20. 压力、流量、容量与时间的波型</p>	<p>3.2 呼吸频率设置范围不低 于1~80bpm。            3.3 吸气时间设置范围不低于0.2~9s。            3.4 吸气压力设置范围不低 于5~60cmH2O。            3.5 支持压力设置范围不低 于0~60cmH2O。            3.6 PEEP 设置范围不低 于1~35cmH2O。            3.7 压力触发灵敏度设置范围不低于-20~0cmH2O。            3.8 流速触发灵敏度设置范围不低于0.5~20 LPM。            3.9 压力上升时间设置范围不低于0~2s。            3.10 吸气暂停时间设置范围不低于0~4s。</p> <p>4. 参数监测</p> <p>4.1 压力参数监控至少具有：最小压(<math>P_{min}</math>)，平台压(<math>P_{plat}</math>)，平均压</p>	<p>进口呼吸机设备多年。综上所述：进口呼吸机设备无论从功能上、技术上还是其实用性方面，均应购置进口设备与诊治患者与实际操作与诊疗息息相关，如设备性能不过关，可能引起严重的临床事故。故我处建议采购进口新生儿呼吸机，更为符合我院临床需求。</p>		

张海英  
张海英  
张海英  
张海英

3  
张海英

		<p>21. 肺顺应性</p> <p>22. 呼吸系统阻力</p> <p>23. 气道阻力</p> <p>24. Y型管端吸入气体温度，数字显示在主屏幕上</p> <p>25. 呼吸力学环图，压力一容量环，流速一容量环，压力一流速环</p> <p>26. 压力一容量环，流速一容量环，压力一流速环三种环图可以放大、可设定参考环进行不同时间的比较以及可冻结环图，测量高/低拐点</p> <p>27. 口腔闭合压 P<sub>c</sub></p> <p>28. ▲可自动存储并记录前4个PEEPi 值，并记录前后比较</p> <p>29. 最大吸气负压 NIF</p> <p>30. 频呼吸指数 RSB</p> <p>31. 表格化数据</p> <p>32. 趋势图以及智能化肺视图，图示化病人肺顺应性 C、气道阻力 R 和膈肌相关运动等等</p> <p>33. 记事本</p> <p>34. 可监测内源性 PEEP/气体陷闭 int PEEP/Vtrap,</p>	<p>(P<sub>mean</sub>), 峰值压力 (Ppeak), 呼气末正压 (PEEP)</p> <p>4. 2 容量、流速类参数监控至少具有：吸入潮气量 (VT<sub>i</sub>)，呼出潮气量 (VT<sub>e</sub>)，分钟通气量 MV，自主呼吸分钟通气量 (MV<sub>spont</sub>)，漏气百分比 (Leak%)</p> <p>4. 3 具有以下参数监测：氧浓度，总呼吸频率，自主呼吸频率，呼气阻力，动态肺顺应性，自主呼吸吸气时间，RSBI，WOB, Vdaw 和泄漏百分比。</p> <p>4. 4 可监测压力-时间，容量-时间和 CO<sub>2</sub>-时间波形。</p> <p>4. 5 可监测压力-流速，压力-容量，流速-容量环。</p> <p>5 报警功能</p> <p>5. 1 至少具有以下报警：分钟通气量高，分钟通气量低，</p>
--	--	--	--

4  
刘立海

李海英

孙海英

	<p>3. 气源报警 4. 气道压力（高/低）报警 5. 吸气频率（高/低）报警 6. 吸入潮气量过高报警 7. 分钟通气量（高/低）报警 8. 窒息报警 9. 吸入氧浓度（高/低）报警 10. 管道脱落/泄漏报警 11. 吸入气体温度过高报警 12. 机器故障报警</p> <p><b>六、操作系统</b></p> <p>1. 操作界面良好并且操作简单（如仅需单按钮可操作） 2. 具有操作提示功能及参数显示功能 3. 具有操作安全保护功能 4. 能提供中文界面，报警信息以中文显示，有操作提示</p> <p><b>七、特殊功能</b></p> <p>1. ▲内置全中文操作指南，可根据上下文检索 2. ▲显示屏 3 种界面自定义功能 3. 显示屏功能键自定义功能 4. ▲USB 接口截屏输出功能 5. ▲USB 接口屏幕设置输出 / 导入功能 6. ▲USB 接口监测数据（趋势、表格、记事本）输出功能 7. ▲压力链接/吸呼比链接功能 快速设置参数功能</p>	<p>管道脱落报警，气道压力高，气道压 力低，持续气道压 力高，呼气末正压 低，呼气潮气量低， 自主呼吸频率高，室 息时间，吸入氧浓度高， 吸入氧浓度低， 电流故障，电池 电压低，电池耗尽， 空气源不足，氧气源 不足。</p> <p>5.2 具有报警信息 记录功能，可记录超 过 1000 条报警信 息。</p> <p>6. 其他功能</p> <p>6.1 具有智能吸痰 功能。</p> <p>6.2 具有同步雾化 功能。</p> <p>#6.3 金属呼气阀， 可拆卸并高温高压 一体化消毒。</p> <p>6.4 内置吸气和呼 气流速传感器，非耗 材。</p> <p>6.5 具有低流速氧 气接口，可使用低流 速氧气工作。</p>
--	--	--

专家签名：